

発行年月日 平成25年10月8日

報告書番号 GE130522 - 00

測定結果報告書

大丸エナウイン株式会社
アクアボトリング山中湖工場 様株式会社山梨県環境科学検査センター
〒400-0111
山梨県甲斐市竜王新町2277-12
TEL 055-278-1600 FAX 055-278-1601
測定責任者 廣瀬 正貴

放射性物質の測定結果を以下のとおり報告いたします。

件名：放射性物質測定

試料受領年月日：平成25年10月5日

測定対象試料名：知床らうす海洋深層水純水ブレンドYC10030840

採取場所：-

試料採取日時：平成25年10月3日 8:40

測定方法：食品中の放射性セシウム検査法
(平成24年3月15日厚生労働省食安発0315第4号)別添
ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー

測定項目：放射性セシウム (Cs-134、Cs-137、Cs-136)、放射性ヨウ素 (I-131)

測定日：平成25年10月5日

測定結果は以下のとおりです。

測定対象試料名	核種	放射能濃度 (Bq/kg)	規制基準値 (Bq/kg)
知床らうす海洋深層水 純水ブレンドYC10030840	Cs-134	検出せず	10
	Cs-137	検出せず	
	I-131	検出せず	-
	Cs-136	検出せず	-

注1：放射能濃度は、測定時の値である

注2：「検出せず」は、検出限界値未満の意 (検出限界値：0.1Bq/kg)

備考：試料種別 水質